

# CO<sub>2</sub>-Druckprüfer

## FM-CO 20 (für Sektflaschen)

Kohlensäure-Druckprüfer für Flaschen mit  
Kronkorken- oder Schraubverschluss

### Bedienungsanleitung



Mit dem Gerät wird die Messung des Innendruckes in Flaschen mit CO<sub>2</sub>-haltigen Getränken durchgeführt. Nach Aufsetzen und Abdichten durch Festhalten der Halteklau und Anpressung der Dichscheibe durch Rechtsdrehung des Geräteoberteils, wird der Flaschenverschluss durch Niederdrücken des Stahlstiftes durchbohrt. Nach Schütteln der Flasche (bis der Druck nicht mehr steigt) ergibt sich der CO<sub>2</sub>-gehalt des Flascheninhalts – je nach Temperatur und abgelesenem Maximaldruck – aus der mitgelieferten Tabelle. Vor dem Abnehmen des Gerätes wird der Druck durch das Entlüftungsventil abgelassen.

Bei der Arbeit mit dem Gerät sind generell Schutzbrille und Schutzhandschuhe zu tragen.

Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten.  
Der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit.

**Richard Wagner** seit 1959  
KELLEREIBEDARF

Richard Wagner GmbH + Co. KG  
Kellereibedarf  
Albiger Straße 17 · 55232 Alzey

Telefon: 0 67 31 / 96 62 – 0  
Telefax: 0 67 31 / 96 62 – 62  
www.wagner-alzey.de

*... rund um den Wein*